



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie – Koźlu**

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

**S P E C Y F I K A C J A
istotnych warunków zamówienia
(SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym
dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle.”**

Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwotę **221 000,00** euro.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Postępowanie nr: **AZ-P.2019.22**

Zatwierdził: Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – Jarosław Kończyło,

.....
Zatwierdzam

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

Adres: ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Strona internetowa: www.e-szpital.eu,

E-mail: przetargi@e-szpital.eu

Godziny urzędowania: 7:00 - 14:35.

NIP 7491790304, **REGON** 000314661,

tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567,

Ilekróć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

- „**postępowaniu**” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
- „**specyfikacji**” lub „**SIWZ**” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
- „**ustawie**” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);
- „**Wykonawcy**” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
- „**Zamawiającym**” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy.

2.2. **Zamawiający informuje, że wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp.**

- 1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
- 2) Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale XVI siwz, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenia wstępne – załącznik nr 2 i 3 do siwz, a następnie żąda przedłożenia

dokumentów, (o których mowa w rozdziale VII ust. 7.4.);

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

2.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji **w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12-09-2019r.**, a także zostało umieszczone na stronie internetowej http://bip.e-szpital.eu/zamowienia_publiczne/index.html oraz **na tablicy ogłoszeń** w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem części zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle”**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawiającego.

3.2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

1) Oferowany ambulans w szczególności musi:

- a) być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 lub 2019 r., kompletny, oznakowany i gotowy do użytku,
- b) być nieużywany – tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji lub pokazu, wolny od wad fizycznych i prawnych,
- c) spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p. zm) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010.209.1382),
- d) spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.),
- e) spełniać wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- f) posiadać świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawiony zgodnie z ww. przepisami,
- g) posiadać świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna, wystawione zgodnie z ww. przepisami,
- h) gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych,

- i) oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym musi spełniać wymagania norm PN EN 1789+A2:2015 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865. Pojazd fabrycznie nowy.
- 2) Wykonana adaptacja pojazdu pod ambulans nie może powodować ograniczeń praw wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 3) Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
- 4) Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolić personel z zakresu obsługi dostarczonego ambulansu. Zamawiający nie narzuca metody dostawy i transportu ambulansu. To wykonawca wybiera sposób dostawy (na kołach/laweta).
- 5) Wykonawca deklaruje okres gwarancji, na:
 - a) podzespoły mechaniczne pojazdu bazowego – 24 miesiące bez limitu kilometrów,
 - b) powłoki lakiernicze co najmniej 36 miesięcy bez limitu kilometrów,
 - c) zabudowę medyczną co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów,
 - d) perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące bez limitu kilometrów,
 - e) wyposażenie medyczne co najmniej 24 miesiące.
- 6) Wraz z dostawą ambulansu, Wykonawca przekaże zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a) książkę gwarancyjną pojazdu;
 - b) książkę serwisową pojazdu;
 - c) książkę gwarancyjną zabudowy;
 - d) karty gwarancyjne wyposażenia ambulansu;
 - e) paszporty techniczne sprzętu medycznego;
 - f) karty gwarancyjne sprzętu medycznego;
 - g) instrukcje obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim;
 - h) świadectwo homologacji karetki w Polsce na samochód bazowy i skompletowany,
 - i) instrukcje obsługi sprzętu medycznego w języku polskim;
 - j) dokumenty potwierdzające spełnienie normy zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń,
 - k) Inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

3.3. Kody CPV:

34 11 41 21 – 3 Karetki,

33 10 00 00 - 1 Urządzenia medyczne

3.4. Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę pracę: Przedmiotem zamówienia są dostawy, w związku z czym powyższy wymóg nie ma zastosowania.

3.5. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych:

- 1.) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w Zestawieniu parametrów technicznych w Załączniku nr 1a. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
- 2.) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
- 3.) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmie, że oferta nie spełnia wymagań SIWZ i zostanie odrzucona.
- 4.) W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację urządzeń, i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
- 5.) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
- 6.) W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający:
 - wymaga, od wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia urządzeń zamiennych w stosunku do dokumentacji. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
 - nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.

Rozdział IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp o składaniu ofert wariantowych oraz informacje dodatkowe.

- 4.1. Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych.
- 4.2. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1. pkt. 6 ustawy Pzp.

- 4.3. Zamawiający, **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy Pzp. Zamówienie ma zostać zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia.

5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

do 10 grudnia 2019r

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

6.1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

- 1) **nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;**
- 2) **nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, tj;**

- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
- b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- 3) **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:**

- a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.
- b) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.
- c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.

6.2. **PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE.**

- 1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 (podstawy wykluczenia obligatoryjne) lub ust. 5 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w ust. 6.1. pkt 2), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 2) W celu skorzystania z instytucji „samoooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w załączniku nr 2 do siwz, a następnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, do przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu.
- 3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1.

6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.4. **KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
- 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp;

- 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
 - 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6.4., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 4.
- 6.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ.

- 7.1. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, **wykonawca dołącza do oferty:**
- 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie** (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do siwz) dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale VI ust. 6.1 pkt 1-3 siwz.
 - a) w przypadku gdy, Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, **wypełnia informacje o tych podmiotach** w oświadczeniach o których mowa w ust. 7.1 pt 1 (załącznik nr 2 i 3 do siwz);
 - b) w przypadku gdy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, **wypełnia informacje o podwykonawcach** w oświadczeniu (załącznik nr 2 do siwz) w celu wykazania wobec nich braku istnienia podstaw wykluczenia;
- 7.2. W zw. z art. 22a ust. 2 wykonawca **wraz z ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu** (załącznik nr 5 do siwz) – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale VI ust. 6.1. pkt 3 siwz. Załącznik nr 6 do siwz stanowi jedynie propozycję treści zobowiązania, która ma pomóc Wykonawcy w wypełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 6.1. pkt 3 rozdziału VI siwz.
- 1) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiających należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej składane jest w oryginale.

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT:

7.3. **Wykonawca, w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz z złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, załącznik nr 4 do siwz.

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym ustępie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO.

7.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, którego oferta została najwyżej oceniona **zostanie wezwany, w wyznaczony nie krótszym niż 5 dni terminie, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów,** potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:

1) **odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z zastrz. ust. 7.5.

7.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 7.4. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku gdy ww. oświadczenia lub dokumenty nie będą dostępne w języku polskim, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

7.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 7.4. które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7.7. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

- 1) **pełnomocnictwo** - w przypadku dokonywania czynności związanych podpisaniem umowy, ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie potwierdzona kopia;
- 2) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, (art. 26 ust. 3a ustawy Pzp).

7.8. Dokumenty dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski.

- 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zamiast dokumentu o którym mowa:
 - a) w ust. 7.4. pkt 2 - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;
- 4) dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7.1.; 7.2.; 7.3. składane są w oryginale.

7.10. Dokumenty inne niż te, o których mowa w ust. 7.9. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- 7.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 7.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Rozdział VIII. Zasady składania ofert wspólnych.

- 8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp mają ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
 - 2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1 i 2) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę;
 - 3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);
 - 4) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych;
 - 5) wskazanie lidera w druku oferty (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum);
 - 6) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 7.1. (załącznik 2, 3 do siwz); oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 8.2. W przypadku gdy oferta wspólna wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, wykonawca składa na wezwanie zamawiającego w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 7.4. siwz, przy czym dokumenty z ust. 7.4 pkt 2 składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 1-23 ustawy Pzp i art. 24. ust. 5 pkt 1, 2 i 4.
- 8.4. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) powinny być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy lub przez Wykonawców, których te dokumenty dotyczą.

- 8.5. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Rozdział IX. Podwykonawstwo.

- 9.1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
- 9.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w druku oferty – załącznik nr 1, ust. 4, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znane.

Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- 10.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). (adres, numer faksu oraz e-mail Zamawiającego został podany w rozdziale I siwz).
- 10.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub nr faksu podany przez Wykonawcę jest prawidłowy a pismo zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Wykonawcy z jego treścią.
- 10.3. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy: AZ-P.2019.22
- 10.4. **Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz (art. 38 ustawy Pzp);**
 - 1) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
 - 2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po terminie składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

- 3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1;
 - 4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
- 10.5. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści siwz.
- 10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazując ją niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono siwz.
- 10.7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: **Łukasz Litwinowicz**

Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XII. Termin związania ofertą.

- 12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
- 12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Żądanie jakie i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w sposób i formie określonej w rozdziale X ust. 10.1. siwz.
- 12.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium - jeżeli było wymagane.
- 12.4. Jeżeli Zamawiający wymagał wadium, to przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2. Dokumenty składające się na ofertę:

- 1) wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz;**
- 2) załącznik nr 1a – zestawienie parametrów technicznych**
- 3) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 7.1. (zał. nr 2 i 3);**
- 4) zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli dotyczy, załącznik nr 5 do siwz;**
- 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą**

- 13.3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą specyfikacją i załącznikami do niej.
- 13.4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 13.5. Oferta i wszystkie załączane dokumenty muszą być przygotowane w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 13.6. Wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia.
- 13.7. Oferta winna być sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sporządzania oferty i załączników nie na drukach formularzy załączonych do siwz należy zachować jednolity układ oraz wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku.
- 13.8. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń, innych dokumentów oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nieujawnioną we właściwym rejestrze lub ewidencji, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
- 13.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 13.10. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub konsorcjum, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich współników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo.
- 13.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 13.12. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
- 13.13. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 13.14. Jeżeli załącznik lub pytanie wymienione w formularzu ofertowym i innych załącznikach do siwz nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
- 13.15. Koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

13.16. W przypadku wysyłki oferty pocztą/kurierem, Zamawiający zaleca umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

13.17. Koperty/kopertę należy zaadresować:

Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle**

Oferta

**w przetargu nieograniczonym pn.
„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ w Kędzierzynie -
Koźlu”. Nr sprawy AZ-P.2019.22**

nie otwierać przed: 20 września 2019 r. do godzina 11:00

(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)

13.18. **Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.**

13.19. **Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:**

- 1) w przypadku dokonania zmian, poprawek, modyfikacji bądź uzupełnień do złożonej oferty, Wykonawca składa pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi określa zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli powiadomienie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe powiadomienie i ewentualne dokumenty mają być złożone wg zasad opisanych w ust. 13.16. i 13.17., przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „**ZMIANA**” lub „**UZUPEŁNIENIE**”. Koperty oznaczone „**ZMIANA**” lub „**UZUPEŁNIENIE**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty;
- 2) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne powiadomienie, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 13.17. z dopiskiem „**WYCOFANIE**”. Koperty oznakowane w ten sposób zawierające pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności powiadomienia ze złożoną ofertą, zwróci Wykonawcy ofertę pierwotną bez otwierania. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

13.19. **Tajemnica przedsiębiorstwa.**

- 1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

- 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń;
 - 3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem;
 - 4) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 13.20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.
- 13.21. Niespełnienie warunków formalnych oferty w zał. 1a do SIWZ spowoduje jej odrzucenie zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp tj.:
1. Nie wypełnienie wymaganych pól i / lub któregośkolwiek pola w wierszu:
Marka/ Model / Typ / Producent (Tak, podać”);
 2. Nie wypełnienie któregośkolwiek wiersza w kolumnie „Opisać parametry oferowane”
 3. W przypadku wpisania wyłącznie „TAK” w kolumnie „Opisać parametry oferowane” .

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

14.1. Oferty należy składać w:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
ul. 24 Kwietnia 5
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Budynek dyrekcji – sekretariat.

- 14.2. Termin składania ofert upływa w dniu **20 -09-2019 r. o godzina 11:00.**
- 14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20-09-2019 r. o godzina 11:15** w siedzibie Zamawiającego.
- 14.4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom, niezwłocznie, bez ich otwierania.
- 14.5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
- 14.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

- 1) kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny ofert;
- 4) informacje wykonawców wynikającego z treści oferty dot. poza cenowych kryteriów wyboru oferty.

Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 15.1. Cenę oferty należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III siwz, załączniku nr 1A do siwz oraz ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzania oferty.
- 15.2. Cenę ofertową brutto należy podać zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) w złotych polskich (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
- 15.3. Cena łączna podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszt: transportu do siedziby Zamawiającego, pozostałych elementów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
- 15.4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
 - § 1. *Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.*
 - § 2. *Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.*
- 15.5. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
- 15.6. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 16.1. **Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:**

1) „Cena brutto” – C; waga - 60%;

2) „Parametry techniczne” – P; waga – 40%

16.2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać	Sposób oceny wg wzoru
1) Cena brutto	60%	60	$C = \frac{\text{cena najtańszej oferty}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60$
4) Parametry techniczne	40%	40	<u>Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem wskazanym w pkt 1.</u>
Razem	100%	100	

1.) „Parametry techniczne”

Zamawiający w formularzu cenowym określił minimalne parametry techniczne jakich wymaga od ambulansów i sprzętu opisanego niniejszą specyfikacją. Ocena ofert i obliczenie punktów w kryterium parametry techniczne, zostanie dokonana w oparciu o parametry podanych przez Wykonawcę w formularzu - załącznik 1a. Zamawiający wskazał parametry techniczne, których zwiększenie spowoduje przyznanie dodatkowej punktacji. Ilość przyznawanych punktów za dany parametr zostanie określona na podstawie wartości parametru wskazanego przez Wykonawcę. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w niniejszym kryterium to 15. Brak wskazania wymaganego w formularzu ofertowym parametru technicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako nieodpowiadającej treści SIWZ. Punktowane parametry techniczne zawiera poniższa tabela:

Moc silnika min. 160 KM	165 - 170 KM – 5 pkt 171 - 175 KM – 10 pkt 176 KM i więcej – 15 pkt
Długość przedziału medycznego min 300 cm.	300 - 319 cm – 1 pkt 320 i więcej - 5 pkt
Wysokość przedziału medycznego min 180 cm.	180 - 184 cm – 1 pkt 185 i więcej - 5 pkt
Kamera cofania	Nie – 0 pkt Taj – 5 pkt
System Start/Stop z możliwością wyłączenia	Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt
Reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów	Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt

16.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + P$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów;

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena brutto”;

P - punkty uzyskane w kryterium „Parametry techniczne”

16.4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- 16.6. Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
- 16.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
- 16.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz siwz, a także zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
- 17.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 17.3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie, złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
- 17.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX. Informacje dotyczące umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy nastąpi na podstawie zapisów Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ.

Rozdział XX. Zmiana zawartej umowy oraz warunki tej zmiany.

Zamawiający informację o ewentualnych zmianach umowy zawarł w §8 istotnych postanowień umowy - załącznik nr 6 do siwz.

Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- 21.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 21.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 21.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 21.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 21.5. Odwołanie wnosi się:
- 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
 - 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
 - 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 21.5 pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 21.6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
- 21.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- 21.8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Rozdział XXII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, spzoz@e-szpital.eu, tel. 77 / 40 62 500,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu jest Pani Adriana Nurzyńska, anurzynska@e-szpital.eu, tel. 77 / 40 62 559,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

² Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, a jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Rozdział XXV. Załączniki

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1. załącznik nr 1 - wzór oferty;
2. załącznik nr 1A – zestawienie parametrów technicznych
3. załącznik nr 2 – oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia;
4. załącznik nr 3 - oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
5. załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
6. załącznik nr 5 - wzór zobowiązania;
7. załącznik nr 6 – istotne dla stron postanowienia umowy

pieczętka Wykonawcy

AZ-P.2019.22

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
ul. 24 Kwietnia 5
47-200 Kędzierzyn-Koźle**

„OFERTA”

**Na: „Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla
SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu”**

Oferta złożona przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia **TAK/NIE**

.....
nazwa pełnomocnika – dotyczy wykonawców składających ofertą wspólną

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

REGON:

e-mail:

nr tel:

Osoba upoważniona do kontaktów:tel.

Zaleca się wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencją.

Informujemy, że jesteśmy mikro małym / średnim/ dużym (zaznaczyć właściwe) przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41). Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. zaleceniu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się następującymi cechami:

- Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR
- Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR
- Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR

1. **Nawiązując do ogłoszenia** wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanym przez Zamawiającego pod warunkami określonymi w siwz.
2. **Oferuję wykonanie zamówienia, za cenę:**

Marka ModelTyp
Rok produkcji (2018/2019)
..... zł brutto
Słownie wartość brutto:
Wymagane parametry techniczne ambulansów zostały opisane w załączniku nr 1a – zestawieniu parametrów technicznych i załączone do niniejszej oferty.

3. Oświadczam, że:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w siwz;
- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- zapoznałem/łam się z dokumentacją postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty.
- zawarte w siwz istotne postanowienia umowy zostały przez mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz, to jest 30 dni stosownie do art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).
- Informuję, że zaświadczenia dot. KRS*/CEIDG* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj.: <https://prod.ceidg.gov.pl/> <https://ems.ms.gov.pl/> (* nie potrzebne skreślić).
- Oświadczamy, że złożona oferta:
 - nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
 - prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku

brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego.

- oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

4. PODWYKONAWCY

Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału*/z udziałem* podwykonawcy/ów. Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje:

Wykonanie:
(nazwa podwykonawcy o ile jest znany)

* nie potrzebne skreślić

Uwaga: a) wpisać szacunkową w % wartość oferty, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – jeżeli jest znany i określić przewidziany przedmiot podwykonawstwa; b) brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany

jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

6. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO FORMULARZA OFERTY SĄ:

.....
.....
.....

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych

Miejscowość i data: , września 2019r.

Zestawienie parametrów technicznych

(FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ORAZ PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH)

<input type="checkbox"/>	PARAMETRY WYMAGANE	Spełnia warunki graniczne	OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
1.	Ambulans, fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/ 2019, Producent, model oferowanego pojazdu	Podać	Producent Model Rok produkcji
2.	Podzespoły mechaniczne pojazdu bazowego – 24 miesiące bez limitu kilometrów	Tak, podać	
3.	Gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów	Tak, podać	
4.	Gwarancja na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów	Tak, podać	
5.	Gwarancja na wyposażenie medyczne – min. 24 miesiące	Tak, podać	
6.	Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące bez limitu kilometrów	Tak, podać	
Punktowane parametry techniczne (maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium Parametry techniczne - 40 pkt)			
7.	Moc silnika min. 160 KM	165 - 170 KM – 5 pkt 171 - 175 KM – 10 pkt 176 KM i więcej – 15 pkt	
8.	Długość przedziału medycznego min 300 cm.	300 – 319 cm – 1 pkt 320 i więcej - 5 pkt	
9.	Wysokość przedziału medycznego min 180 cm.	180 – 184 cm – 1 pkt. 185 i więcej - 5 pkt	
10.	Kamera cofania	Nie – 0 pkt Taj – 5 pkt.	
11.	System Start/Stop z możliwością wyłączenia	Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt.	
12.	Reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów	Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt.	
Nadwozie			
13.	Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony	Tak, podać	
14.	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł	Tak, podać	
15.	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą	Tak, podać	
16.	Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny	Tak, podać	
17.	Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789	Tak, podać	

18.	Kabina kierowcy dwu lub trzyosobowa	Tak, podać	
19.	Przystosowane do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach	Tak, podać	
Silnik i układ jezdny			
20.	Turbodiesel o pojemności min. 1900 cm ³	Tak, podać	
21.	Spełniający wymagania normy Euro 6	Tak, podać	
22.	System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 15l,	Tak, podać	
23.	Skrzynia biegów manualna lub automatyczna (podać jaka)	Tak, podać	
24.	Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać)	Tak, podać	
25.	Systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania	Tak, podać	
26.	System wspomagania nagłego hamowania	Tak, podać	
27.	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP/ESC lub równoważny tj. spełniający to samo zadanie	Tak, podać	
Koła i ogumienie			
28.	Rozmiar felg min. 16 cali, opony zimowe	TAK, podać	
Wyposażenie pojazdu bazowego			
29.	Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy	Tak, podać	
30.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem	Tak, podać	
31.	Autoalarm	Tak, podać	
32.	Immobilizer	Tak, podać	
33.	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej	Tak, podać	
34.	Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	Tak, podać	
35.	Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy	Tak, podać	
36.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem	Tak, podać	
37.	Radioodtwarzacz	Tak, podać	
38.	Światła przeciwmgielne przednie	Tak, podać	
39.	Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy z wyświetlaniem zadanej temperatury	Tak, podać	
40.	Czujniki cofania z przodu i z tyłu z sygnalizacją dźwiękową	Tak, podać	
41.	Minimum dwa gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy	Tak, podać	
42.	Regulowana kolumna kierownicy	Tak, podać	
Przedział medyczny			
43.	Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm)	Tak, podać	

44.	Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiającą mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne	Tak, podać	
45.	Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie	Tak, podać	
46.	Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szuflowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przezroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek	Tak, podać	
47.	Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia	Tak, podać	
48.	Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzeselka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne	Tak, podać	
49.	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy, a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami)	Tak, podać	
50.	Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną	Tak, podać	
51.	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego	Tak, podać	
52.	Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu	Tak, podać	

	<ul style="list-style-type: none"> - z funkcją zegara i kalendarza - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego 		
53.	Fotel u wezłowania noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym	Tak, podać	
54.	Jedno obrotowe o kąt min. 90° miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1	Tak, podać	
55.	Na prawej ścianie za fotelem obrotowym szafka na plecak/torbę ratowniczą, kamizelkę KED, płachtę ewakuacyjno-transportową	Tak, podać	
56.	Uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu	Tak, podać	
57.	Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem	Tak, podać	
58.	Pojemnik termoizolacyjny typu coolbox do przechowywania leków wymagających niskiej temperatury otoczenia	Tak, podać	
59.	Ampularium zamontowane na zewnątrz szafek lub półek	Tak, podać	
Podstawa pod nosze			
60.	Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania.	Tak, podać	
Instalacja elektryczna			
61.	Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregośkolwiek (podać pojemność akumulatorów)	Tak, podać	

62.	Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju.	Tak, podać	
63.	Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V)	Tak, podać	
64.	Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi	Tak, podać	
65.	Instalacja elektryczna bez przetwornicy 12/230V	Tak, podać	
66.	Elektryczna grzałka 230Vw bloku silnika, ułatwiająca rozruch silnika.	Tak, podać	
Ogrzewanie i wentylacja			
67.	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,4 kW	Tak, podać	
68.	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik	Tak, podać	
69.	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW	Tak, podać	
70.	Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę)	Tak, podać	
71.	Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego	Tak, podać	
Sygnalizacja uprzywilejowana			
72.	W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpoła pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS	Tak, podać	
73.	W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego	Tak, podać	
74.	Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu	Tak, podać	
75.	Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy.	Tak, podać	
76.	Co najmniej dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego	Tak, podać	
Sygnalizacja dźwiękowa			

77.	Sygnaly pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model)	Tak, podać	
78.	Sygnal dźwiękowy modulowany	Tak, podać	
Oświetlenie i oznakowanie pojazdu			
79.	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu	Tak, podać	
80.	Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego	Tak, podać	
81.	Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia	Tak, podać	
82.	Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim	Tak, podać	
83.	Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu	Tak, podać	
84.	Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.	Tak, podać	
85.	Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu	Tak, podać	
86.	Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą	Tak, podać	
Oświetlenie przedziału medycznego			
87.	Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego	Tak, podać	
88.	Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie)	Tak, podać	
89.	Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego	Tak, podać	
90.	Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad białem roboczym	Tak, podać	
91.	Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem	Tak, podać	
Instalacja tlenowa			
92.	Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym wraz z dwiema butlami	Tak, podać	
93.	Dwa reduktory butli tlenowych 10l	Tak, podać	
94.	Przepływomierz typu AGA z regulacją przepływu tlenu w zakresie min. 0-15l/min	Tak, podać	
95.	Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej	Tak, podać	
96.	Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych	Tak, podać	
97.	Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej	Tak, podać	

Łączność radiowa

98.	Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie	Tak, podać	
99.	Kabina kierowcy wyposażona radiotelefon przewoźny. Dane techniczne: Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz Moc wyjściowa, RF co najmniej: 1W-25W VHF Ilość kanałów, co najmniej: 500 Wyświetlacz: kolorowy, co najmniej 4 wierszowy Odstęp między kanałowy, nie mniej niż: 12.5/20/25kHz Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm Moc wyjściowa audio co najmniej: 3W Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3 Temperatura pracy co najmniej: -30C do +60C Klasa szczelności, nie mniej niż: IP54 Programowalny przycisk alarmowy. Urządzenie zainstalowane w ambulansie winno współpracować z radiotelefonem marki Motorola DM4600 pozostającym w dyspozycji Zamawiającego.”	Tak, podać	
100.	Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon przenośny wraz z podstawą umożliwiającą ładowanie Dane techniczne: Wymiary: 130-140/50-65/30-40 mm Waga nie więcej niż: 420 g. Akumulator, co najmniej: Li-Ion 1500 mAh Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz Moc wyjściowa RF: 1W-5W VHF Odstęp między kanałowy, co najmniej: 12.5/20/25kHz Liczba kanałów, co najmniej: 500 Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm Moc wyjściowa audio: 500 mW Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3 Temperatura pracy co najmniej: -30C do +60C Klasa szczelności, nie mniej niż: IP57 Wyświetlacz, co najmniej: 2 wierszowy wyświetlacz Trójkolorowa dioda LED: TAK Klawiatura: TAK Wbudowany moduł GPS. Urządzenie winno współpracować z radiotelefonem marki Motorola DM4600 pozostającym w dyspozycji Zamawiającego.	Tak, podać	
101.	Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS	Tak, podać	

102.	Kabina kierowcy wyposażona w adapter do stacji dokującej tabletu, przedział medyczny wyposażony w półkę pod drukarkę, wraz z dodatkowym gniazdem 12V obok półki	Tak, podać	
103.	Ambulans wyposażony w stację dokującą oraz uchwyt dla tabletu i drukarki, wraz z zasilaczami	Tak, podać	

Sprzęt medyczny - mocowania

104.	Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane	Tak, podać	
105.	Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożliwiające korzystanie z nich bez konieczności demontażu	Tak, podać	

Dodatkowe wyposażenie Ambulansu

106.	Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym	Tak, podać	
107.	Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przycinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym	Tak, podać	
108.	Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego.	Tak, podać	

Sprzęt medyczny

NOSZE GŁÓWNE

1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym	Tak, podać	
3.	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;	Tak, podać	
4.	z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni;	Tak, podać	
5.	rama noszy pod głową pacjenta umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;	Tak, podać	
6.	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;	Tak, podać	

7.	z dodatkowym zestawem pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaferowanymi noszami transportowymi;	Tak, podać	
8.	nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;	Tak, podać	
9.	z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy	Tak, podać	
10.	Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedną osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej).	Tak, podać	
11.	z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;	Tak, podać	
12.	nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;	Tak, podać	
13.	z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieprzyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;	Tak, podać	
14.	wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy	Tak, podać	
15.	obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)	Tak, podać	
16.	waga oferowanych noszy max. 25 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg);	Tak, podać	

TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH

1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; System automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu niewymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp.	Tak, podać	
3.	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;	Tak, podać	
4.	regulacja wysokości w min sześciu poziomach;	Tak, podać	

5.	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);	Tak, podać	
6.	wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 140 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm);	Tak, podać	
7.	min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce	Tak, podać	
8.	dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku, gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie;	Tak, podać	
9.	dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera;	Tak, podać	
10.	obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);	Tak, podać	
11.	automatyczna blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem	Tak, podać	
12.	waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg);	Tak, podać	
13.	transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą	Tak, podać	
14.	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;	Tak, podać	
15.	deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty;	Tak, podać	

Krzesełko kardiologiczne składane

1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących	Tak, podać	
3.	Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia	Tak, podać	
4.	Koła tylne o średnicy min 110 mm, koła przednie o średnicy min 60 mm	Tak, podać	

5.	Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach	Tak, podać	
6.	Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia	Tak, podać	
7.	Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu	Tak, podać	
8.	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowalne	Tak, podać	
9.	Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie	Tak, podać	
10.	waga max 12 kg	Tak, podać	
11.	dopuszczalne obciążenie powyżej 140 kg	Tak, podać	

Nosze podbierakowe

1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	łopaty wykonane z aluminium, zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych	Tak, podać	
3.	system podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający)	Tak, podać	
4.	wielostopniowa regulacja długości	Tak, podać	
5.	możliwość złożenia do transportu w połowie długości	Tak, podać	
6.	posiadające min. 5 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat	Tak, podać	
7.	umożliwiający montaż systemu unieruchomienia głowy.	Tak, podać	
8.	posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy.	Tak, podać	
9.	obciążenie dopuszczalne powyżej 140 kg	Tak, podać	
10.	waga noszy do max 10 kg	Tak, podać	

Deska ortopedyczna dla dorosłych

1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach	Tak, podać	
3.	gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta,	Tak, podać	
4.	z możliwością prześwietlania promieniami X,	Tak, podać	
5.	uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża,	Tak, podać	

6.	pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza,	Tak, podać	
7.	system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę	Tak, podać	
8.	dopuszczalne obciążenie powyżej 140 kg,	Tak, podać	
10.	długość min 180 cm	Tak, podać	
11.	szerokość min 44 cm	Tak, podać	
12.	ciężar deski max 8 kg	Tak, podać	

Nosze płachtowe

1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	wykonana z mocnego materiału winylowego	Tak, podać	
3.	min. 8 rączek do przenoszenia	Tak, podać	
4.	z zakładkami zapobiegającymi wysunięciu pacjenta, w zakładkach otwory do odprowadzania wody	Tak, podać	
5.	nie wchłaniająca brudu, krwi, płynów i substancji ropopochodnych	Tak, podać	
6.	min długość 200 cm	Tak, podać	
7.	min. Szerokość 100 cm	Tak, podać	
8.	waga do 2,7 kg'	Tak, podać	
9.	udźwig min. 340 kg	Tak, podać	

Unieruchomienie pediatryczne

1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	do zastosowania dla dzieci w przedziale 2-10 lat	Tak, podać	
3.	min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz min 2 pętle do mocowania do noszy	Tak, podać	
4.	wbudowane unieruchomienie głowy	Tak, podać	
5.	system różnokolorowych pasów zabezpieczających	Tak, podać	
6.	prześwietlne dla promieni X	Tak, podać	
7.	wymiary minimalne (dł. X szer.) 120x20	Tak, podać	
8.	waga do 5 kg	Tak, podać	
9.	udźwig min. 35 kg	Tak, podać	

Materac próżniowy

1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	pokrycie materaca z PCV, środek wypełniony granulatem zbijającym się pod wpływem podciśnienia	Tak, podać	
3.	min. 8 rączek do przenoszenia	Tak, podać	
4.	min. 4 pasy z systemem szybkozłączy	Tak, podać	
5.	dodatkowa dopinana podłoga do materaca	Tak, podać	
6.	przenikliwy dla promieni X	Tak, podać	

7.	możliwość użycia w pozycji zarówno siedzącej, jak i leżącej	Tak, podać	
8.	w zestawie z pompką torbą transportową i zestawem naprawczym	Tak, podać	
9.	waga max 12 kg	Tak, podać	
Komplet szyn Kramera			
1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	14 szyn Kramera w 9 różnych rozmiarach	Tak, podać	
3.	komplet pokrowców na szyny	Tak, podać	
4.	torba transportowa na zestaw z materiału Cordura®	Tak, podać	
5.	wewnętrzne przegrody w torbie segregujące szyny	Tak, podać	
6.	możliwość sterylizacji w płynach i autoklawie	Tak, podać	
Defibrylator karetkowy			
1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	przenośny, transportowy, stosowany przez zespoły ratownictwa medycznego, wraz z torbą transportową	Tak, podać	
3.	z wbudowanym uchwytem transportowym,	Tak, podać	
4.	Rozmiar (aktywny obszar wyświetlenia): przekątna nie mniej niż 212 mm (nie mniej niż 8 cali); szerokość 170-180 mm x wysokość 120-140 mm, Rozdzielczość nie mniej niż: kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny typu 640 x 480 punktów z podświetleniem	Tak, podać	
5.	Tryb elektrostymulacji: ustawienia domyślne natężenia prądu oraz częstotści elektrostymulacji na żądanie i nie na żądanie (do konfiguracji przez użytkownika). Tempo stymulacji: od 40 do 170 PPM	Tak, podać	
6.	Ciężar defibrylatora max. 12 kg	Tak, podać	
7.	Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem	Tak, podać	
8.	Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie	Tak, podać	
9.	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych,	Tak, podać	
10.	Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips,	Tak, podać	
Respirator karetkowy			
1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem	Tak, podać	
2.	transportowy, zasilany pneumatycznie wyłącznie ze źródła sprężonego tlenu o ciśnieniu 280 - 600 kPa +/- 10%; z zużyciem tlenu do sterowania pracą respiratora do 60ml/cykl	Tak, podać	
3.	temperatura pracy: - 10 do + 50°C	Tak, podać	

4.	tryby pracy CMV i CMV/Demand	Tak, podać	
5.	przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 8 do 35 l/min;	Tak, podać	
6.	alarm dźwiękowy przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych	Tak, podać	
7.	min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej	Tak, podać	
8.	częstość oddechów regulowana w zakresie minimalnym od 8/min do 40/min;	Tak, podać	
9.	objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci od 10 kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej);	Tak, podać	
10.	zastawka bezpieczeństwa regulowana	Tak, podać	
11.	sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania;	Tak, podać	
12.	manometr ciśnienia w drogach oddechowych;	Tak, podać	
13.	przewód zasilający z wtykiem AGA;	Tak, podać	
14.	jednorazowy przewód pacjenta zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej; w komplecie z respiratorem 10 szt. przewodów	Tak, podać	
15.	zastawka PEEP zintegrowana regulowana w zakresie od 0 do min 18 cm H ₂ O;	Tak, podać	
16.	z uchwytem ściennym do ambulansu zgodnym	Tak, podać	
17.	z zestawem tlenowym (dedykowana torba, butla O ₂ co najmniej 2,5l, reduktor z przepływomierzem)	Tak, podać	
18.	z wymogami polskiej normy PN EN 1789; (Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wagi oraz sposobu mocowania respiratora.)	Tak, podać	

Ssak akumulatorowo-sieciowy

1.	Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem		
2.	zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu, ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym, zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 40 minut pracy ciągłej z max obciążeniem, w kpl. z uchwytem ściennym zgodnym z normą PN EN 1789 z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwyty poprzez podłączony uchwyt do instalacji, wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Tak, podać	
3.	z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa (0-800mBar), o przepływie do min. 22L/min, wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych, z torbą ochronną wyposażoną w kieszenie na akcesoria, wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka	Tak, podać	
4.	Waga ssaka kpl. max 4 kg	Tak, podać	
5.	Temperatura pracy i przechowywania zgodna z normą	Tak, podać	

Dodatkowe wyposażenie medyczne

1.	Kamizelka typu KED do unieruchamiania kręgosłupa	Tak, podać	
2.	Zestaw regulowanych, wielorazowych kołnierzy ortopedycznych - 3 sztuki dla dorosłych oraz 2 sztuki pediatryczne	Tak, podać	
3.	Ciśnieniomierz ręczny z zestawem 7-u wymiennych mankietów w różnych rozmiarach	Tak, podać	
4.	Zestaw worków samorozprężalnych w różnych rozmiarach - dla dorosłych, dzieci i niemowląt z kompletem masek twarzowych w różnych rozmiarach min. 5 szt.	Tak, podać	
5.	Zestaw laryngoskopów światłowodowych - w zestawie łyżki Macintosh rozmiary 1,2,3,4; rękojeść C; łyżki Miller rozmiar 0, 1 oraz rękojeść A	Tak, podać	
6.	3 sztuki kasków ochronnych dla członków załogi ambulansu	Tak, podać	
7.	Plecak ratowniczy z materiału typu "cordura" o pojemności min. 60l, min 5 kieszeniami zewnętrznymi, przegródkami na wyposażenie medyczne i ampularium na min. 80 ampułek	Tak, podać	
8.	Torba opatrunkowa o min. Wymiarach 35 x 23 x 35 cm	Tak, podać	
9.	Torba pediatryczna z systemem kolorowych przegródek oraz taśmą Breslow'a służącą do pomiaru pacjenta. Kolory z taśmy odpowiadają kolorom przegródek.	Tak, podać	
10.	Pompa infuzyjna z wyświetlaczem, menu w języku polskim i uchwytem do ambulansu	Tak, podać	

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie regenerowane, nie demonstracyjne kompletne, kompatybilne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone "Tak, podać" w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
2. Podanie w niniejszym formularzu w kolumnie parametry oferowane tylko zwrotu „TAK” bez podania wymaganego opisu danego parametru spowoduje odrzucenie oferty, jako oferty niezgodnej z siwz.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.
4. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

AZ-P.2019.22

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą:

**„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ
Kędzierzyn – Koźle.”**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY (art. 25a ust. 1):

- 1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
- 2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, ustawy Pzp w zakresie określonym w siwz.

.....
miejsowość, dnia

.....
podpis osoby upoważnionej

- 3) *) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
miejsowość, dnia

.....
podpis osoby upoważnionej

**Wykonawca wypełnia pkt 3 jeżeli okoliczności tam wymienione go dotyczą, jeżeli nie -należy wpisać nie dotyczy.*

AZ-P.2019.22

Załącznik nr 3 do siwz.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn – Koźle”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY (art. 25a ust. 1):

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VI ust. 6.1. pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....
miejsowość, dnia

.....
podpis osoby upoważnionej

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (art. 25a ust. 3 pkt 2):**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI ust. 6.1. pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
w następującym zakresie:

.....
miejsowość, dnia

.....
podpis osoby upoważnionej

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH WYŻEJ INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


.....
Miejscowość, dnia

.....
podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć Wykonawcy

**jeżeli oświadczenia z pkt II nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać nie dotyczy.

AZ-P.2019.22

Załącznik nr 4 do siwz



****INFORMACJA WYKONAWCY**
o przynależności do grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp)
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 roku,
poz. 798 z póź. zm.)

**„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla
SPZOZ Kędzierzyn – Koźle”**

1. **NIE NALEŻYMY** do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe;***

*2. **NALEŻYMY** do grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i **przedstawiamy/nie przedstawiamy*** następujące dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.***

3. **NIE NALEŻYMY DO ŻADNEJ** grupy kapitałowej, ***

*** Wykonawca informuje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stawiając np znak „X” w odpowiednim miejscu w odznaczonej kolumnie.

*Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art. 24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie, oprócz oświadczenia w imieniu ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych), składa także każdy z wykonawców (wspólników spółki cywilnej) w swoim imieniu

* nie potrzebne skreślić

Miejscowość, dnia

podpis osoby upoważnionej

Wyjaśnienie terminu grupa kapitałowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ilekroć w ustawie jest mowa o:

- grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 (w art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji i, o której mowa w art. 13 (ww. ustawy),

- d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 (w art. 4 ww. ustawy) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

- przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę).

AZ-P.2019.22

Nazwa/pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby.

ZOBOWIĄZANIE
innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Ja/My, niżej podpisani,, reprezentując
(Imię i Nazwisko składającego oświadczenie)

....., z siedzibą
(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) (adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

.....
(określenie zasobu – zdolność techniczna/ zdolność zawodowa¹)

Wykonawcy:

.....
(nazwa Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą

Ponadto oświadczam, że:

2) udostępniam powyższemu Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie²:

.....

3) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący³:

.....

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący⁴:

.....

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący⁵:

.....

6) udostępniając Wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będę realizował usługi, których dotyczą udostępnione zasoby **TAK/NIE***

.....
Miejscowość, dnia

.....
podpis osoby upoważnionej

¹ należy wpisać zakres zasobów tj. zdolność techniczna bądź zdolność zawodowa

² W przypadku wiedzy i doświadczenia należy wpisać:

należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem niniejszego zobowiązania;

W przypadku dysponowania potencjałem technicznym należy wpisać:

należy wymienić rodzaj zasobu, który będzie udostępniony Wykonawcy;

W przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wpisać:

należy wpisać imię i nazwisko osób oddanych do dyspozycji Wykonawcy;

W przypadku zdolności finansowych należy wpisać:

należy wpisać zakres, kwotę jaka będzie udostępniona Wykonawcy;

3 W przypadku wiedzy i doświadczenia należy wpisać:

należy wpisać w jaki sposób wiedza i doświadczenie podmiotu będzie wykorzystana podczas realizacji zamówienia np. czy będzie wykonywał część zamówienia jako podwykonawca, czy będzie udzielał konsultacji, na czym będą polegały konsultacje, jak często będą udzielane i w jakich sytuacjach;

W przypadku dysponowania potencjałem technicznym należy wpisać:

należy wpisać w jaki sposób potencjał będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia;

W przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wpisać:

należy wpisać w jaki sposób ww. osoby będą realizować zamówienie;

W przypadku zdolności finansowych należy wpisać:

należy wpisać w jaki sposób zasób będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia np. w przypadku polisy ubezpieczeniowej, środków finansowych proszę podać sposób w jaki Wykonawca będzie mógł z zasobu skorzystać;

4 W przypadku wiedzy i doświadczenia należy wpisać:

należy wpisać, w jakim zakresie podmiot trzeci będzie realizował zamówienie, w jaki sposób zostanie przekazana wiedza i doświadczenie np. czy będzie to podwykonawstwo, a jeżeli tak jaki zakres zamówienia będzie realizowany przez podmiot trzeci, jeżeli będą to konsultacje w jakim zakresie będą udzielane;

W przypadku dysponowania potencjałem technicznym należy wpisać:

należy wpisać w jakim zakresie potencjał techniczny będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia;

W przypadku osób zdolnych do wykonania zamówienia należy wpisać:

należy wpisać jaki będzie zakres udziału osób w realizacji zamówienia;

W przypadku zdolności finansowych należy wpisać:

należy podać w jakim zakresie zasoby będą wykorzystane;

5 *należy podać okres na jaki zasób będzie udostępniony*

numer sprawy **AZ-P.2019.22**

Załącznik nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

Umowa zawarta dniar. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym NIP 749-179-03-04, Regon 000314661,

zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

a

firmą z siedzibą w przy ul., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

.....
w, ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:, kapitał zakładowy w wysokości PLN, NIP:, REGON:,

zwaną dalej **„Wykonawcą”**,

reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez:

.....

lub

.....
zamieszkałym w, przy ulicy, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr, posiadającym REGON i NIP

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (....), zwanej dalej „ustawą Pzp”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego (typu C) wraz z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym dla na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwanego również „Przedmiotem Umowy” lub „ambulansem” określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ w załączniku nr 1a do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Warunki realizacji przedmiotu umowy, termin dostawy

1. Wykonawca gwarantuje, że po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy dostarczony ambulans będzie nowy, wolny od wad, zgodny z aktualnymi wersjami normy PN-EN 1789 dla ambulansu oraz aktualną wersją normy PN-EN 1865 dla urządzeń do transportu pacjenta oraz z parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku nr 1a do siwz, będzie odpowiadać przepisom, w szczególności zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1251), będzie posiadać niezbędne homologacje oraz będzie stanowić kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Ambulans sanitarny – zgodny z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kompletny Ambulans sanitarny opisany w Załączniku nr 1a do siwz, na własny koszt i ryzyko.
4. Termin dostawy ustala się do
5. Odbiór zostanie dokonany w dni kalendarzowe poniedziałek - piątek, do godziny 14:35, O dostarczeniu Ambulansu sanitarnego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 2 dni, w przeciwnym wypadku odbiór może być niemożliwy.
6. Wraz z kompletnie zabudowanym Ambulansem sanitarnym oraz wymaganym sprzętem medycznym Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty dla rejestracji, eksploatacji, obsługi i gwarancji, a w szczególności:
 - 1) książka gwarancyjna pojazdu;
 - 2) książka serwisowa pojazdu;
 - 3) książka gwarancyjna zabudowy;
 - 4) karty gwarancyjne wyposażenia ambulansu;
 - 5) paszporty techniczne sprzętu medycznego;
 - 6) karty gwarancyjne sprzętu medycznego;
 - 7) instrukcje obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim;
 - 8) instrukcje obsługi sprzętu medycznego w języku polskim;
 - 9) dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu skompletowanego (wyciągi ze świadectw homologacji, inne).
7. Wraz z dostawą wyposażenia ambulansu Wykonawca przekaże Zamawiającemu: m. in. instrukcję obsługi użytkownika w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP, wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym, Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz./ U. z 2019r. poz. 175.).
8. Wszystkie dokumenty winny być w języku polskim (instrukcje obsługi i konserwacji, karty gwarancyjne, paszporty techniczne etc. oraz faktury). W przypadku dostarczenia dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.

9. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy do uzupełnienia.
10. Odbiór kompletnego przedmiotu umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.
11. Przy odbiorze kompletnego Ambulansu sanitarnego Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu oraz sprzętu w nim zamontowanego, w siedzibie Zamawiającego.
12. Na Wykonawcy ciąży ryzyko i odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy z jakiegokolwiek powodu, aż do chwili protokolarnego odbioru.
13. Po dostarczeniu Ambulansu sanitarnego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 7 i 8 oraz spełnieniu warunków wynikających z ust. 10 niniejszego paragrafu sporządzony zostanie Protokół Odbioru. Protokolarne odebranie Ambulansu sanitarnego będzie równoznaczne z odbiorem całości zrealizowanego Przedmiotu Umowy.
14. Jeżeli odbiór przedmiotu umowy nie będzie mógł nastąpić ze względu na usterki, braki - w tym braki dokumentacji, niedociągnięcia lub niezgodność z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ Zamawiający sporządzi protokół odmowy odbioru, w którym wskaże Wykonawcy datę ponownego odbioru (nie dłuższą niż 7 dni), a Wykonawca sprawdzi Ambulans sanitarny we własnym zakresie i po wyeliminowaniu usterek (niedociągnięć) uzupełnieniu braków, ponownie dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie min. 5 lat od daty przekazania Ambulansu sanitarnego Zamawiającemu dostępność wszystkich elementów sprzętowych zabudowy specjalistycznej takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych, w szczególności zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonego osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe. Dotyczy to wszystkich urządzeń zamontowanych w ambulansie w ramach adaptacji samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny.
16. Osoby wskazane do współpracy w ramach niniejszej umowy:
 1. Ze strony Zamawiającego
 2. Ze strony Wykonawcy

§ 3

Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
..... zł brutto (wraz z VAT)
słownie brutto (wraz z VAT):zł.
2. Całkowite wynagrodzenie umowy, o którym mowa w ust. 1, wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: podatki i cła wg obowiązujących przepisów, koszty dostawy, dopuszczeń, narzuty, gwarancje, ewentualne upusty i pozostałe czynniki cenotwórcze wynikające z załącznika nr 1a do SIWZ.
3. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki jakiegokolwiek podatku dotyczącego Przedmiotu Umowy, do których naliczenia jest lub był zobowiązany Wykonawca. W przypadku, gdy jakkolwiek organ będzie dochodził od Zamawiającego jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej podobnej należności w związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia.
4. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa

w ust. 1 z tytułu realizowanej dostawy, nastąpi po zrealizowaniu Zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do zapłaty za dostarczony ambulans będzie papierowa wersja faktury VAT wraz z potwierdzonym przez strony protokołem bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, którą Wykonawca jest uprawniony wystawić po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru dostarczonego ambulansu oraz dodatkowego sprzętu.
6. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.
7. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

Podwykonawstwo i zasoby podmiotu trzeciego

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi /część prac w zakresie objętych niniejszą umową zleci do realizacji Podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podmiotom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca rozlicza się bezpośrednio z podwykonawcą.
5. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
7. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia/osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
8. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, bądź do wykazania, że sam spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

§ 5

Reklamacje, gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), posiada wymagane świadectwa rejestracji/dopuszczenia do obrotu oraz spełnia wymagania techniczne i użytkowe określone w załączniku nr 1a do SIWZ, oraz wolny jest od wad fizycznych i prawnych, a także nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie był używany jako pojazd demonstracyjny.
2. Wykonawca udziela gwarancji na:
 - 1) podzespoły mechaniczne pojazdu bazowego – 24 miesiące bez limitu kilometrów,
 - 2) powłoki lakiernicze co najmniej 36 miesięcy bez limitu kilometrów,
 - 3) zabudowę medyczną co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów,
 - 4) perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące bez limitu kilometrów,
 - 5) wyposażenie medyczne co najmniej 24 miesiące.liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie dłuższa od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez producenta.
3. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej ambulansu będą mniej korzystne niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy, przy czym oświadczenie gwarancyjne musi spełniać wymogi art. 577 k.c.

4. Warunki gwarancji w zakresie nieuregulowanym w umowie, zawierają dokumenty gwarancji wydane Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
6. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w zakresie gwarancji i na swój koszt, do usunięcia wszelkich wad, rozumianych, w szczególności, jako: niezgodność z Umową, usterki, braki, a także zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych napraw i wymiany uszkodzonych elementów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji (tj. koszty napraw lub wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na nowy wolny od wad – w tym koszty robocizny i części zamiennych). Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego z tego tytułu żadnymi kosztami.
7. W ramach gwarancji dla zabudowy medycznej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań gwarancyjnych (zmierzających do skutecznej naprawy elementu wyposażenia medycznego) w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Wszelkie naprawy powinny się odbywać w siedzibie Zamawiającego, chyba, że naprawa jest na tyle skomplikowana, że musi odbyć się autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca odbierze element wyposażenia medycznego przeznaczonego do naprawy do serwisu na swój koszt i ryzyko, a następnie dostarczy je z powrotem do siedziby Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych zabudowy specjalistycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanych w Załączniku nr 1a do siwz, w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas, w jakim Zamawiającym ze względu na stan techniczny elementu wyposażenia medycznego, nie może z niego korzystać. W przypadku wymiany danej części lub sprzętu bieg gwarancji rozpoczyna się od nowa dla danego elementu.
10. Jeśli po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu wchodzącego w skład ambulansu sanitarnego (pojazd bazowy, zabudowa i wyposażenie) będzie nadal wadliwy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić element na nowy wolny od wad.
11. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad, bez uprzedniej zgody sądu, w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
12. W sytuacji gdyby czas naprawy, o którym mowa w ust. 7 z przyczyn obiektywnych trwał będzie dłużej niż 14 dni, Wykonawca zobowiązuje się na okres przedłużającej się naprawy przekazać Zamawiającemu inny ambulans o podobnych (tzn. nie gorszych) parametrach i wyposażeniu. Miejscem przekazania ambulansu zastępczego może być ASO, w której dokonywana będzie naprawa, jeśli przekazanie odbywa się w czasie przekazania ambulansu przez Zamawiającego do naprawy, natomiast w okresie późniejszym w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu.

13. W przypadku, gdyby Wykonawca nie pozostawił do dyspozycji Zamawiającego ambulansu w przypadku, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający na koszt Wykonawcy wynajmie ambulans o cechach i parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
14. Przesłanie zgłoszenia o awarii lub usterce faksem lub e-mailem będzie równoznaczne ze złożeniem zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki.
15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu, numeru telefonu, faksu lub e-maila. Jeżeli Wykonawca zmieni numer telefonu, faksu, e-maila lub adresu i nie powiadomi o tym zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zgłoszenie jest skutecznie złożone pod ostatnim znanym Zamawiającemu numer faksu/telefonu/e-maila.
16. Serwis, naprawy, konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą wykonywane zawsze przy użyciu narzędzi i aparatury Wykonawcy.
17. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji.
18. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.
19. Uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 6

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1,
 - 2) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego oddania określonego w § 2 ust. 4,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 - 4) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru niezgodnego z umową, za opóźnienia w realizacji czynności reklamacyjnych oraz czynności wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz z rękojmi w wysokości 0,25% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - 5) jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie jest także upoważniony bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego do dokonania przekazu ani poręczenia wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
5. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartości faktury, kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do jej zapłaty.
8. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:
 - 1) realizowania przez Wykonawcę prac bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, i czyni tak nadal pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania (usunięcia naruszeń umowy), wyznaczając Wykonawcy 5-dniowy termin na zmianę, po upływie którego uprawniony będzie do odstąpienia w terminie 2 dni,
 - 2) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 10 dni w usunięciu wad prac ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad; wyznaczając Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie uprawniony będzie do odstąpienia w terminie 30 dni,
 - 3) gdy Wykonawca opóźnia się z wydaniem przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 6 o co najmniej 14 dni; wyznaczając Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie uprawniony będzie do odstąpienia w terminie 30 dni,
 - 4) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia,
 - 5) gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe w trybie natychmiastowym.
 - 6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury w stosunku do terminu zapłaty tej faktury wskazanego w § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i podpisują protokół inwentaryzacji dostaw/prac wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości dostaw, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości potrącenia, o którym mowa w ust. 3.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy podaje pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 8

Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
 - 1) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego.
 - 2) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
 - 3) Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez wykonawcę.
 - 4) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
 - 5) Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu Zamawiającego.
 - 6) Zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
 - 7) Zmiany sposobu wykonania zadania lub jego zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych.
 - 8) Zaistnienia konieczności dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w nim opisanych.
2. Uwzględnienie okoliczności przewidzianych w ust 1, stanowiących podstawę zmiany umowy, jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy, w tym jej załączników, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu do Umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron Umowy.
3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: